

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

Registro de Preços Eletrônico - 3/2026

ID (CIDADES): 2026.016E0500001.01.0007

Resultado da Homologação

0001 - RAIO-X ODONTOLOGICO DIGITAL PORTATIL - Composto por unidade de Raios X portatil para uso odontologico, com tensao nominal de no maximo 60 kVp, corrente maxima no tubo de 2,5 mA e ponto focal maximo de 0,5x0,5mm. Deve possuir colimador de material radiopaco visando evitar fuga do equipamento e evitando exposicao desnecessaria do usuario e direcionando a radiacao para o alvo do exame. A Faixa Seleccionavel de Tempo de Irradiacao deve ser de no minimo 0,01 segundo e no maximo a 1 segundo. Deve ter no maximo 160 mAs de energia acumulada por hora. O peso deve ser no maximo de 2,5 kg. A tensao de carregamento deve ser de no maximo 24 volts. - RAIO-X INTRAORAL PORTÁTIL XVBEAM2000 - Valor Referência: R\$ 16.589,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	9.500,00	190.000,00	Homologado em 28/07/2026 09:49:56 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0002 - SENSOR DIGITAL RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO - Sensor digital intraoral para radiologia odontologica, com tecnologia CMOS, o equipamento deve apresentar resolucao minima de 24 pares de linha por milimetro, com area ativa de no minimo 25 x 35 mm e dimensoes externas maximas de 30 x 45 mm. A espessura do sensor nao deve ultrapassar 5 mm e seu peso maximo deve ser de 70g. Deve possuir, no minimo, 1000 x 1500 pixels e resolucao de imagem de 12 bits. O sensor deve ser reforçado internamente para resistir a quedas e impactos e possuir bordas com cantos arredondados, a fim de proporcionar conforto ao paciente e facilitar o posicionamento intraoral. O cabo de conexao deve ter no minimo 3 metros de comprimento, ser removível e com conexao USB 2.0, permitindo facil manutencao. O sensor deve ser compatível com qualquer aparelho de raio-X intraoral. O equipamento deve acompanhar case de transporte resistente e conjunto completo de posicionadores radiograficos compatíveis com o modelo fornecido. Deve ainda vir acompanhado de software em portugues, com instalacao liberada para uso em multiplos computadores, sem limite de licencas. O software deve permitir o cadastro de pacientes, captura instantanea de imagens, emissao de laudos em formato PDF ou equivalente, alem de possibilitar o compartilhamento das imagens por e-mail. As funcionalidades de edicao devem incluir rotacao, zoom, ajustes de brilho, contraste e gama, inversao de cores, insercao de texto, setas e circulos, selecao e recorte de areas, medicao de angulos e segmentos, barra para laudos e diagnostico, odontograma digital, comparacao de imagens em tela cheia e importacao de imagens panoramicas e fotografias dos pacientes. O sistema deve ser compatível com os formatos de imagem TIFF, JPG, PNG, BMP e DICOM. - saevo/SENSOR DIGITAL (SAEVO SLIM) TAM 2 - Valor Referência: R\$ 12.578,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	9.500,00	190.000,00	Homologado em 28/07/2026 09:49:56 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0003 - APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO PIEZOELETRICO - Apresentacao embalagem unitaria; composicao equipamento portatil com modo de operacao geral, endodontia e periodontia; nao deve ter jato de bicarbonato; piezoelétrico; com frequencia entre 24 e 32 kHz; deve ter iluminacao LED; pedal de controle a prova de gotejamento; com bomba peristaltica; com quatro configuracoes de potencia; reservatorio tipo garrafa; tensao 127 V; deve vir acompanhado de pontas ultrassonicas autoclavaveis e chave de torque; o equipamento deve possuir registro na Anvisa, e atender as normas tecnicas e sanitarias vigentes para equipamentos medico-odontologicos. - PRIME One SONIC PUMP - Valor Referência: R\$ 3.113,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	900,00	40.500,00	Homologado em 28/07/2026 09:49:56 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0004 - MINI INCUBADORA BIOLOGICA - Apresentacao embalagem unitaria; composicao deve atuar com incubacao de indicadores biologicos autocontidos com respostas em 24 e 48 horas; capacidade para pelo menos 4 indicadores biologicos simultaneos; deve ser bivolt e ter dispositivos de seguranca de fusivel impresso; deve atuar com uma temperatura maxima de ate 60oC. - PA06 - Valor Referência: R\$ 399,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	127,90	4.476,50	Homologado em 28/07/2026 09:49:56 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0005 - CAVITADOR PNEUMATICO - Apresentacao embalagem unitaria.; composicao deve conter pontas acessorias, chave de insercao, engate borden de dois furos, deve ser autoclavavel a 135 graus celsius, sistema de refrigeracao, deve possuir registro na Anvisa, e atender as normas tecnicas e sanitarias vigentes para equipamentos medico-odontologicos. - cavitador - Valor Referência: R\$ 917,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	365,00	16.425,00	Homologado em 28/07/2026 09:49:56 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho



0006 - FOTOPOLIMERIZADOR - Apresentacao embalagem unitaria; composicao aparelho sem fio com emissores de luz de LED, amplo espectro no comprimento de onda entre 385 - 515 nm, deve ser polywave/multiwave, irradiancia entre de 1000 a 3000 mW/cm2, o diametro da ponteira deve ter no minimo 10mm,o carregamento deve ser do tipo inducao ou bateria recarregavel, ter baixa geracao de calor, ter protetor ocular. - DB686 NANO - Valor Referência: R\$ 6.135,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	1.400,00	63.000,00	Homologado em 28/07/2026 09:49:56 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0007 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - Apresentacao embalagem unitaria; composicao deve ser bivolt, com capacidade interna de no minimo 21 litros, de classe B com ciclos de esterilizacao pre-programados paravarios tipos de artigos, com temperaturas de 121 e 134 graus celsius, ciclo de secagem com porta fechada, camara (vaso de pressao) e tampa em aco inoxidavel, gabinete revestido em aco com tratamento anti-corrosivo/anti-oxidante, fecho da camera em alavanca,painel digital que monitora todo o ciclo de esterilizacao, alarmes em caso de desvios dos parametros durante o ciclo ou falhas e outros, valvula de segurancat termostatica para sobre temperatura; deve possuir registro na Anvisa, eatender as normas tecnicas e sanitarias vigentes para equipamentos medico- odontologicos. - BS DIGITALE 2.1 - Valor Referência: R\$ 7.010,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	5.180,00	103.600,00	Homologado em 28/07/2026 09:49:56 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0008 - SELADORA TERMICA PARA PAPEL GRAU CIRuRGICO - Apresentacao embalagem unitaria; composicao deve ser bivolt automatico, equipamento deve possuir suporte pararolos, selagem por alavanca com trava, sistema de duplo corte integrado, deve contar com sinalizacao luminosa e/ou sonora que indique o funcionamento do equipamento, incluindo os estados de selagem concluida, deve possuirdesligamento automatico por inatividade e tecnologia de aquecimento que proporcione rapida estabilizacao da temperatura, area util de selagem deve ter, no minimo, 30 cm de comprimento e solda de no minimo 12 mm, deve atender as normas tecnicas vigentes aplicaveis a equipamentos destinados a area da saude. - 30 - Valor Referência: R\$ 1.255,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP	845,00	29.575,00	Homologado em 28/07/2026 09:49:56 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0009 - DESTILADOR DE AGUA PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - Conter capacidade do reservatorio de 4 litros e cuba interna em aco inox. Possuir vedacao entre as partes mediante anel de silicone para manter a pressao interna. Corpo recoberto por termoplastico. Velocidade de destilacao de 1 litro por hora. Saida de agua com filtro de carvao. Botao de acionamento. Desligamento automatico quando acabar a agua do reservatorio interno. Corpo em aco inox. Abastecimento manual, alimentacao 127 volts; frequencia 60 Hz; potencia 750 W; Tanque de pressao inox; Volume destilado 1l/h; Eficiencia do calor 95 por cento; Filtro filtro de carvao ativado; Capacidade do reservatorio 3,5l. - DESTILADORA PRIME - Valor Referência: R\$ 1.507,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL LTDA	605,00	6.050,00	Homologado em 28/07/2026 09:49:56 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0010 - BOMBA DE VACUO - Apresentacao embalagem unitaria; composicao Bomba a vacuo odontologica compacta, bivolt, projetada para atenderde forma simultanea no minimo quatro cadeiras de consultorio, com capacidade suficiente para absorcao continua de saliva, sangue, residuos e aerossols bacterianos;deve ter motor de no minimo 1 HP, provendo vazao de ar maxima de no maximo 520 L/min e vacuo nominal de ate 720 mmHg; construido com ligas de bronze resistentes a corrosao; deve possuir filtro coletor de detritos na entrada de succao, com sistema de lavagem automatica e separador de residuos; consumo de agua variavel entre 0,35 e 0,50 L/min,bem como sistemas de recirculacao com regulador de fluxo, otimizando o consumo hidrico; deve ter protecao termicaintegrada ao motor, que desliga automaticamente em caso desuperaquecimento; deve ter abafador acustico, pes antivibracao; descarga direta ao esgoto, evitando reservatorios e reduzindo riscos de pulverizacao, alinhado as normas sanitarias para descarte de fluidos odontologicos e mitigacao de aerossols contaminantes; deve atender as normas tecnicas e sanitarias vigentes para equipamentos medico-odontologicos. - SV4 SAEVO - Valor Referência: R\$ 5.117,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Emige Materiais Odontológicos Ltda	5.049,97	60.599,64	Homologado em 28/07/2026 09:49:56 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho

0011 - KIT SUCTOR PARA BOMBA DE VACUO - Apresentacao embalagem unitaria; composicao composto por dois terminais reguladores de succao, sendo um dediametro de no minimo 6 mm proprio para saliva e outro de no minimo 11 mm indicado para sangue, ambos para conexasdireta a tubulacao de bomba a vacuo; terminais com ponteiros autoclavaveis; corpo do kit deve ter pintura eletrostatica; a fixacao pode ser realizada em colunas de refletores odontologicos ou em estruturas como armarios e paredes, utilizando abracadeiras metalicas ou parafusos fornecidos; sistema equipado com acionamento automaticoque comanda a bomba a vacuo ao remover o terminal do suporte, e um LED indicativo de funcionamento, simplificando a operacao e sinalizando com clareza a ativacao do sistema;mangueiras para succao com no minimo 1,60 m de comprimento cada e mangueira principal corrugada com no minimo 3m permitindo flexibilidade na instalacao; deve ser compativel com filtros externos conforme protocolos debiosseguranca; tensao de alimentacao deve ser bivolt; atender as normas sanitarias relativas a equipamentos medico - odontologicos. - suctor - Valor Referência: R\$ 1.146,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	795,00	9.540,00	Homologado em 28/07/2026 09:49:56 Por: Vilson Carlos Gomes Coelho



Vilson Carlos Gomes Coelho
Autoridade Competente



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 32003000310036003700390035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VILSON CARLOS GOMES COELHO** em **28/07/2026 11:14**

Checksum: **3C94E5DA12787322D48911D718DC44655B927506E7A36B91E2775CFE1C30A9BD**

