

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2026-FMS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2026**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68002/2025**  
**ID CidadES nº 2026.016E0500001.01.0001**

**FORNECEDOR REGISTRADO: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA**

**OBJETO:** A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **Equipamentos, Mobiliários, Materiais Hospitalares e Laboratoriais**, especificado no item 002 da proposta comercial, anexo II do edital de Licitação nº 001/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

Objeto da Contratação:

**INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 90.909.631/0002-00, com sede na Rua Albatroz, 237 – 8ª Cidade Universitária Pedra Branca – Cep: 88.137-290 – Palhoça-SC Tel:51 3073.8200 / 51 3073.8231 – Email: licitacoes@instramed.com.br – **Deniz Luiz de Oliveira Barbosa.**

Item	Descrição do Objeto	Modelo	Marca/ Fabricante	Unidade	Quantidade Mínima	Quantidade Máxima	Valor Unitário	Prazo Garantia
0002	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - PARA USO GERAL (DESFIBRILAÇÃO EXTERNA) EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE MANUAL DE FUNCIONAMENTO, EM LÍNGUA PORTUGUESA, NO QUAL CONSTEM TODAS AS INSTRUÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA ORIENTAÇÃO DO USUÁRIO; PORTÁTIL; COM FORMA DE ONDA BIFÁSICA, COM SOFTWARE, TECLAS E INDICAÇÕES EM PORTUGUÊS.; COM GUIA DO USUÁRIO POR MEIO DE COMANDOS DE VOZ EM PORTUGUÊS.; COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO COM NÍVEIS DE ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE ACIMA DE 90 POR CENTO; COM ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA; DEVE POSSUIR SISTEMADE AUTOTESTE; DEVE POSSUIR MEMÓRIA PARA GRAVAÇÃO DE ECG (MÍNIMO DE 30 MINUTOS) E EVENTOS (MÍNIMO 10); DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E RESPINGOS DE ÁGUA; DEVE POSSUIR TECLA PARA APLICAÇÃO DE CHOQUE; DEVE SEGUIR AS DIRETRIZES DOS PROTOCOLOS DA AHA; DEVE POSSUIR PESO (COM BATERIA) DE NOMÁXIMO 04 KG; DEVE POSSUIR INDICAÇÕES MÍNIMAS, EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), COM INDICAÇÃO DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; COM DISPLAY PARA MONITORAÇÃO DE ECG, COM VELOCIDADE 25 MM/S NO MÍNIMO; DEVE MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 A 300 BATIMENTOS POR MINUTO, NO MÍNIMO; COM MONITORAÇÃO DO ECG VIA PÁS ADESIVAS; DESFIBRILAÇÃO COM ESCALA DE ENERGIA QUE ABRANJA A FAIXA DE 150 JOULES A 200 JOULES, CONFORME A TECNOLOGIA DA ONDABIFÁSICA (RETILÍNEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA); DEVE POSSUIR MODO DE DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA, COM RECONHECIMENTO E LIMITAÇÃO DA ENERGIA DE FORMA AUTOMÁTICA PELAS PÁS; COM TEMPO DE CARGA MÁXIMA ATÉ 12 SEGUNDOS; COM DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA QUANDO DO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO; COM DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA SE NÃO HOUEVER DISPARO. A BATERIA DO DESFIBRILADOR DEVE POSSUIR TEMPO DE VIDA ÚTIL EM MODO ESPERA DE NO MÍNIMO 05 ANOS; POSSIBILITAR NO MÍNIMO 180 CHOQUES COM CARGA MÁXIMA OU 5 HORAS DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA (ECG); DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO 04 (QUATRO) JOGOS DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO COM	PRÓPRIO	PRÓPRIA	UN	08	13	R\$ 5.190,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.

**ÓRGÃO GERENCIADOR:** Secretaria Municipal de Saúde(SEMUS);

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 01/07/2026

**SIGNATÁRIOS:** Wilson Carlos Gomes Coelho – Secretário Municipal de Saúde Interino e **Deniz Luiz de Oliveira Barbosa – Gerente Geral**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003900380034003500350030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Nome e data conforme assinatur: \_\_\_\_\_ ônica.

